



Powiat Sokółski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08
www.sokolka-powiat.pl
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 1 października 2019r.

OR-IV.272.17.2019

**Wykonawcy -
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia warsztatów szkolnych na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce oraz Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce

Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1 (dotyczy III części zamówienia)

Prosimy zwrócić uwagę, że zgodnie z normą DIN 862 suwmiarki o zakresie pomiarowym 200mm mają szczęki o długości 50mm, a nie 38 ± 5 Czy Zamawiający dopuszcza dostawę suwmiarek o długości szczęk zgodnej z obowiązującą normą tzn. 50mm?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza również dostawę suwmiarek o długości szczęk 50 mm

Pytanie 2 (dotyczy III części zamówienia)

Prosimy zwrócić uwagę, że w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie w pkt 4 Zamawiający wprowadził zapis „1 suwmiarka o dokładności 0,1 mm”. Takie suwmiarki nie są produkowane od co najmniej 30 lat i nie występują w katalogu żadnego z poważnych producentów przyrządów pomiarowych.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Pomimo tego, że suwmiarki o dokładności 0,1 mm mogą nie być powszechnie stosowane, niemniej jednak są dostępne. W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający, w przypadku suwmiarki o dokładności 0,1 mm odstępuje od wymogu zapewnienia zakresu pomiarowego min. 200 mm.

Suwmiarki mają służyć do celów edukacyjnych, a suwmiarka o dokładności 0,1 mm pozwoli najłatwiej zobrazować zasady dokonywania pomiarów za pomocą suwmiarki.

Treść udzielonych wyjaśnień należy uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

W związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający nie będzie zamieszczał kolejnej wersji formularza ofertowego, niemniej jednak Wykonawcy wypełniając załącznik do formularza ofertowego winni np. w wierszu 8 „Zakres pomiarowy 200 mm /minimum/” podać parametr rzeczywisty oferowanej suwmiarki, nawet, gdyby był on poniżej 200 mm - podobnie w wierszu 9 należy podać rzeczywistą długość szczęk.

z up. Starosty
Janusz Gudalewski
Janusz Gudalewski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Wydział Organizacyjny