

Pieczęć firmowa Wykonawcy

**SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Specyfikacja techniczna schodółazu

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania zamawiającego	Parametry oferowane przez wykonawcę (wypełnia wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1.	Zdjęcie poglądowe: 		
2.	Schodółaz gąsienicowy	wymagane	
3.	Udźwig	min. 130 kg	
4.	Moc silnika	min. 200 W	
5.	Napięcie silnika	24 V	
6.	Akumulatory i ładowarka	wymagane	
7.	Prędkość w górę	min. 4 m/min	
8.	Prędkość w dół	min. 8 m/min	
9.	Temperatura pracy	co najmniej od -10° do 45°C	
10.	Regulowany uchwyt pozwalający manewrować urządzeniem	wymagane	

11.	Automatycznych system hamujący na krawędzi schodów	wymagane	
12.	Kółka pozwalające na poruszanie się urządzenia po płaskich powierzchniach	wymagane	
13.	Podjazd pozwalający na zamontowanie wózka inwalidzkiego do urządzenia	wymagane	
14.	Możliwość ustawienia prędkości	wymagane	
15.	Regulowany zagłówek	wymagane	

* W puste pola należy wpisać oferowany parametr

.....
(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna
Wykonawcy
lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)